



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.004.A № 48300

Срок действия до 02 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КОНВЕНТ", г. Москва.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31001-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ППБ.407112.001 МП

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ для классов Б, Б2, В, Г, Д, Е - 4 года,
для класса Э - 1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **02 октября 2012 г. № 824**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

" 12 " 10 2012 г.

Серия СИ

№ 006840

Срок действия до 04 июля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **04 июля 2017 г. № 1449**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2017 г.